



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N°
FL. N°
RUBRICA

Volta Redonda, 03 de Fevereiro de 2025

Esclarecimento Processo 02.051-00003579/2024

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação/HSJB

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa 2 A Hospitalar com relação às especificações técnicas para aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares destinados a atender a nova Unidade de Tratamento Intensivo e ao Centro Cirúrgico do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo 02.051-00003579/2024, pregão 90117/2025.

Item 3 – Mesa Cirúrgica

2.1 - Capacidade de peso

2.1.2 Será mantida a capacidade de peso solicitada para o item 3 no edital. A capacidade de aproximadamente 220kg em qualquer posição, que foi considerada também para os outros equipamentos médicos hospitalares, como para as camas do RPA e UTI, por exemplo. Caso o hospital receba um paciente de peso superior será utilizada a sala que possui uma mesa com maior capacidade, 450kg.

2.2 – Acessórios

2.21 – 02 (dois) conjuntos porta coxas

Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 (dois) pares então?

Não, será necessário apenas 01 par por mesa cirúrgica.

2.22 – 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão)

Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 (dois) pares então?

Não, será necessário apenas 01 par por mesa cirúrgica.


2.23 – 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão)



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Para procedimento de cirurgia de mão são usados outros acessórios que são raiotransparentes como: suporte de tração de Weinberger e o apoio para cirurgia de mão. Seria algum desses ou somente o apoio de braços que já acompanham as mesas cirúrgicas?

O acessório solicitado é o apoio para cirurgia de mão.



2.24 – 02 (dois) conjuntos suporte de ombro

Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 (dois) pares então?

Não, será necessário apenas 01 par por mesa cirúrgica.

2.25 – 02 (dois) pares de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica).

Vocês estão solicitando mais um kit por mesa? Então serão 02 kits por mesa?

Não, será necessário apenas 01 kit por mesa.

2.26 – 01 (um) suporte para cirurgias de coluna

O suporte solicitado é o suporte articulado radiotransparente tipo Wilson.

Item 4 – Mesa Cirúrgica compatível para sala de cirurgia robótica

3.1 – “Deve possuir elevador corporal de forma eletrônica com possibilidade de ajuste por ambos os lados da mesa com uma elevação de no mínimo 120mm.”

Seria o Pilé renal?

Sim.

3.2 – Acessórios

3.21 – 02 (dois) conjuntos porta coxas

Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 (dois) pares então?

Não, será necessário apenas 01 par por mesa cirúrgica.

3.22 – 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão)



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N°
FL. N°
RUBRICA


Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 (dois) pares então?

Não, será necessário apenas 01 par por mesa cirúrgica.

3.23 – 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão)

Para procedimento de cirurgia de mão são usados outros acessórios que são raiotransparentes como: suporte de tração de Weinberger e o apoio para cirurgia de mão. Seria algum desses ou somente o apoio de braços que já acompanham as mesas cirúrgicas?

O acessório solicitado é o apoio para cirurgia de mão.



3.24 – 02 (dois) conjuntos suporte de ombro

Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 (dois) pares então?

Não, será necessário apenas 01 par por mesa cirúrgica.

3.25 – 02 (dois) pares de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica).

Vocês estão solicitando mais um kit por mesa? Então serão 02 kits por mesa?

Não, será necessário apenas 01 kit por mesa.

3.26 – 01 (um) suporte para cirurgias de coluna

O suporte solicitado é o suporte articulado radiotransparente tipo Wilson.

Diante disso, iremos realizar algumas alterações no descritivo, visando deixar claro as informações questionadas pela empresa 2 A Hospitalar.

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica