

AO SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS DO TR

INFORMAÇÕES DA SOLICITANTE:

A empresa: 2A COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: Rua: General Dionísio Nº 568 – Jardim 25 de Agosto- Duque de Caxias – RJ - CEP: 25.075-095. Fone/Fax.: (21) 3173-7395, e-mail: 2ahospitalar@gmail.com.

CNPJ: sob o n.º 21.600.055/0001-02.

Inscrição Estadual: n.º 86.849.623.

Inscrição Municipal: n.º 99116802.

INFORMAÇÃO DO PROCESSO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90117/2024.

PROCESSO: VR-02.051-00003579/2024/2024 – SAH/HSJB NÚMERO DA UASG DO SAH/HSJB – 927761

Ao Setor responsável.

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90117/2024. Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a saúde da equação econômico financeira das partes; Evitar desclassificação por omissão de informação ou informação errônea; Garantir a qualidade objeto pela contratada; Identificar o padrão de julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração.

1- DA ARGUMENTAÇÃO

Em relação ao item 3 e 4 do edital, “Mesa Cirúrgica”, verificamos dúvidas e inadequações no descritivo do TR. Essas intercorrências poderão ferir os princípios da Igualdade e principalmente, do Julgamento Objetivo.

RUA GENERAL DIONÍSIO, 21 – 25 DE AGOSTO – DUQUE DE CAXIAS/RJ – TEL: (21) 3173-7395

CNPJ: 21.600.055/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.849.623

E-mail: 2ahospitalar@gmail.com

2- DESCRITIVOS

2.1- No descritivo do Termo de referência, solicita: “Mesa Cirúrgica eletro-hidráulica para utilização em diversas angulações e posicionamentos para atender procedimentos **cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade**. Capacidade de pelo menos, **220kg** em qualquer posição.

2.1.2 - Notamos que: A capacidade de peso solicitada no termo de referência é totalmente inadequada aos tipos de procedimentos solicitados.

-Essa capacidade de não só poderá afetar a qualidade do produto, mas a sua resistência e necessidade para o uso diário.

-Exemplo: Um paciente de 120Kg precisa ser reanimado por um profissional médico de 105Kg no leito da mesa. Além do somatório do peso do paciente mais o profissional superar o limite de carga da mesa, somasse a força de aplicação do procedimento no paciente. Isso tudo irá gerar uma vibração e sobre carga total. Que poderá resultar em quebra e alto risco para o usuário e o profissional.

-Além disso, sabemos que a unidade hospitalar não trabalha com bariátrica, mas trabalha sim com obesos mórbidos e que hoje no Brasil a obesidade mórbida é um grande problema que vem crescendo ano após ano. Há grande demanda não só para cirurgias de obesidade, mas também outros procedimentos cirúrgicos, inclusive de emergência em obesos mórbidos. É fato que existem pacientes no Brasil acima de 400Kg. Fato esse que é facilmente comprovado através de uma simples pesquisa na internet, conforme link abaixo:

<https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/07/jovem-da-paraiba-com-mais-de-400kg-e-transferido-para-hospital-em-pe.html>.

- Esses pacientes não só estão sujeitos a procedimento Bariátrico, mas também a algum outro procedimento cirúrgico eletivo ou de emergência. Sendo assim uma Mesa cirúrgica com capacidade de movimentar até 230kg além de não funcionar, estará propensa a um alto risco de quebra e queda do paciente.

Sugerimos então o estabelecimento da capacidade de peso igual a mencionada no “Termo de referência do item 4” **de 450kg como padrão**. Garantindo assim todos os princípios básicos e segurança do usuário e do paciente.

2.2 – Ainda sobre o item 3, foi solicitado no Termo de referência:

“Deve vir acompanhada dos seguintes acessórios: • 01 (um) arco narcose; • 01 (um) suporte para elevação de rins; • **02 (dois) conjuntos porta coxas**; • **04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão)**; • 01 (uma) cinta para corpo; • **02 (dois) conjuntos suporte de ombro**; • **02 (dois) pares de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica)**; • 01 (um) suporte de crânio para tumor; • **01 (um) suporte de para cirurgias de coluna**”

RUA GENERAL DIONÍSIO, 21 – 25 DE AGOSTO – DUQUE DE CAXIAS/RJ – TEL: (21) 3173-7395

CNPJ: 21.600.055/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.849.623

E-mail: zahospitalar@gmail.com

2.21 - 02 (dois) conjuntos porta coxas

-As mesas cirúrgicas já acompanham 01 par de porta coxas, ou seja, duas peças. Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 pares então?

2.22- 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão).

-As mesas cirúrgicas já acompanham 01 par de suporte de braços, ou seja, duas peças. Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 pares então?

2.23 - 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão).

-Para procedimento de cirurgia de mão são usados outros acessórios que são radio-transparentes como: Suporte de tração de **Weinberger e o apoio para cirurgia de mão**. Seria algum desses ou somente o apoio de braços que já acompanham as mesas cirúrgicas?

2.24 - - 02 (dois) conjuntos suporte de ombro

-As mesas cirúrgicas já acompanham 01 par de suporte de ombros, ou seja, duas peças. Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 pares então?

2.25 - 02 (dois) pares de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica).

-Os kits de tração ortopédicos já acompanham 01 par de suporte de pernas, para procedimento em perna direita e ou esquerda. Além de diversos outros acessórios como o suporte de tração de Weinberger. Esses kits possui um valor elevado na composição da mesa e só se usa um kit por cirurgia. Vocês estão solicitando mais um kit por mesa? Então serão 02 kits por mesa?

2.26 - - 01 (um) suporte de para cirurgias de coluna.

Existem diferentes tipos de suporte para cirurgia de coluna.

1-Suporte articulado radio-transparente tipo Wilson.

2-Suporte de coluna fixo em gel.

3-Suporte de coluna externo em fibra de carbono com articulação para panorâmica.

Qual seria?

3- EM RELAÇÃO AO ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA “MESA CIRÚRGICA COMPATÍVEL PARA SALA DE CIRURGIA ROBÓTICA”:

3.1 – “Deve possuir elevador corporal de forma eletrônica com possibilidade de ajuste por ambos os lados da mesa com uma elevação de no mínimo 120mm”.

- Seria o Pilé renal?

3.2 – Em relação aos acessórios solicitados, seguem as mesmas dúvidas do item 3.

RUA GENERAL DIONÍSIO, 21 – 25 DE AGOSTO – DUQUE DE CAXIAS/RJ – TEL: (21) 3173-7395

CNPJ: 21.600.055/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.849.623

E-mail: Zahospitalar@gmail.com

-“Deve vir acompanhada dos seguintes acessórios: • 01 (um) arco narcose; • 01 (um) suporte para elevação de rins; • **02 (dois) conjuntos porta coxas; 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão);** 01 (uma) cinta para corpo; **02 (dois) conjuntos suporte de ombro; 02 (dois) pares de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica);** • 01 (um) suporte de crânio para tumor; **01 (um) suporte de para cirurgias de coluna”.**

3.21 - 02 (dois) conjuntos porta coxas

-As mesas cirúrgicas já acompanham 01 par de porta coxas, ou seja, duas peças. Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 pares então?

3.22- 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão).

-As mesas cirúrgicas já acompanham 01 par de suporte de braços, ou seja, duas peças. Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 pares então?

3.23 - 04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão).

-Para procedimento de cirurgia de mão são usados outros acessórios que são radio-transparentes como: Suporte de tração de **Weinberger e o apoio para cirurgia de mão**. Seria algum desses ou somente o apoio de braços que já acompanham as mesas cirúrgicas?

3.24 - - 02 (dois) conjuntos suporte de ombro

-As mesas cirúrgicas já acompanham 01 par de suporte de ombros, ou seja, duas peças. Vocês estão solicitando mais um par? Serão 02 pares então?

3.25 - 02 (dois) pares de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica).

-Os kits de tração ortopédicos já acompanham 01 par de suporte de pernas, para procedimento em perna direita e ou esquerda. Além de diversos outros acessórios como o suporte de tração de Weinberger. Esses kits possui um valor elevado na composição da mesa e só se usa um kit por cirurgia. Vocês estão solicitando mais um kit por mesa? Então serão 02 kits por mesa?

3.26 - - 01 (um) suporte de para cirurgias de coluna.

Existem diferentes tipos de suporte para cirurgia de coluna.

1-Suporte articulado radio-transparente tipo Wilson.

2-Suporte de coluna fixo em gel.

3-Suporte de coluna externo em fibra de carbono com articulação para panorâmica.

Qual seria?

Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90117/2024.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação. Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Duque de Caxias, 18 de dezembro de 2024.

MAURO JOSE GIGLIO
BOKEL:07961082778

Assinado de forma digital por
MAURO JOSE GIGLIO
BOKEL:07961082778
Dados: 2024.12.19 08:54:53
-03'00'

MAURO JOSÉ GIGLIO BOKEL

CPF 079.610.827-78

00132820070 detran/RJ