



PARECER TECNICO

ITEM 14

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra.**

1 - Especificação Padronizada: AVENTAL CIRÚRGICO PROTEÇÃO TOTAL IMPERMEÁVEL 50G TAMANHO G MANGAS LONGAS, PUNHO MALHA, DOBRA ASSÉPTICA, EM SMS 100% POLIPROPILENO SSMMS, EMBALADO EM GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, PRONTO PARA USO, PRODUTO ESTÉRIL, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS ABNT NBR 16064/2022.

MARCA: INFINIT

2 – Pontos Positivos:

NENHUM

2.1 – Pontos Negativos:

Gramatura fina sem barreira, colocando o profissional em risco. Não atende solicitação do serviço.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (X) Reprovado

Justifique:

Responsável/Carimbo: Lúcia Helena T. da Silva

Em 18/11/2025

Enfª Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico -HSJB
COREN 113404



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PARECER TECNICO

Item 18

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em Processo de Compra.

PROCESSO:VR-02.051-00009200/2025

PREGÃO ELETRÔNICO:90117/2025

1 - Especificação Padronizada: CAMPO OPERATORIO, 13 FIOS/CM2, C/ FIO RADIOPACO 45CM X 50CM

CONFECCIONADO EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODAO, COM QUATRO CAMADAS SOBREPOSTAS DE COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM CANTOS ARREDONDADOS, PROVIDA DE ALCA DE APOIO MEDINDO NO MINIMO 18CM, COM FIO RADIOPACO EMBUTIDO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TAMANHO 45CM X 50CM (PACOTE C/ 50 UNIDADES). DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM 8 DOBRAS, GRAMATURA 35G.

MARCA: ALBAMED

2 – Pontos Positivos:

Registro Jovisa, fio soliplano.

2.1 – Pontos Negativos:

Soltos fios, pouca absorção, acabamento suim.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado

() Reprovado

Justifique:

Soltos fios, maior gasto devido pouca absorção.
Disco para a sequencia do paciente.

Responsável/Carimbo: _____

Em 11/11/25

Enfª Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico -HSJB
COREN 113404

Lúcia



PARECER TECNICO

Item 21

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra.**

PROCESSO:VR-02.051-0000902/2025

PREGÃO ELETRÔNICO:90117/2025

1 - Especificação Padronizada: COLCHÃO PIRAMIDAL DE ESPUMA TIPO CAIXA DE OVO COM 06 CM DE ESPESSURA EM TAMANHO DE 1,90 X 0,80, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.

MARCA: VIZZARE INDUSTRIA

2 – Pontos Positivos:

Nenhum atípico momento

2.1 – Pontos Negativos:

Colchão possui 04 cm de espessura .

3 – Resultado do Teste: Aprovado Reprovado

Justifique:

fazia 2.1, mas atende às especificações

Glaucilia Arnach

Gerente de Enfermagem

Responsável/Carimbo:

Em 10/11/2025