



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Volta Redonda, 21 de maio de 2025.

Análise das Propostas – Processo VR-02.051 – 3579/2024

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação/HSJB

Assunto: Avaliação das propostas com as especificações técnicas para aquisição de equipamentos hospitalares de forma a atender ao novo Centro Cirúrgico com aumento de demandas do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo VR-02.051 – 3579/2024, pregão Nº 90117/2024.

Item 1:

O equipamento de Sistema de Vídeo Endoscopia da marca Mindray está em avaliação no Centro Cirúrgico pela equipe clínica para verificar se atenderá as necessidades do hospital.

Item 2:

Após avaliação da proposta da empresa Drager concluímos que a mesma atende a todas as especificações técnicas solicitadas no edital para o Foco Cirúrgico de teto para sala robótica.

Diante disso, a Drager é a vencedora do item 2 do processo.

Itens 03:

O edital exige que a descrição do equipamento seja clara, a proposta apresentada pela empresa Medical Health não incluiu a quantidade correta de acessórios solicitados. É extremamente importante que o equipamento ofertado atenda as demandas da instituição.

O equipamento de Sistema de Vídeo Endoscopia da marca Mindray está em avaliação no Centro Cirúrgico pela equipe clínica para verificar se atenderá as necessidades do hospital.

No edital:

04 (quatro) Suportes de apoio de braço com fixador (para cirurgias de mão);

02 (dois) pares de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica);

Na proposta:

01 (um) par de suportes de apoio de braço/mão com fixador (para

01 (um) par de mesas ortopédicas (acessório para tração ortopédica);

**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Diante disso, sugerimos seguir com o terceiro colocado.

Item 04:

Após avaliação da proposta da empresa Shell Life concluímos que a mesma atende a todas as especificações técnicas solicitadas no edital para Mesa Cirúrgica compatível para sala de cirurgia robótica.

Diante do exposto, a Shell Life é a vencedora do item 4 do processo.

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica

Claudia M^a Freitas de Amorim
Assessora Técnica
Mat 3998