


**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb

**PARECER TECNICO**

ITEM 12

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: VR-02.051-00009152/2025**PREGÃO ELETRÔNICO: 90121/2025.****1 - Especificação Padronizada: CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR X 20 CM TRIPLO LUMEN**

CATETER CENTRAL APLICAÇÃO: VENOSO , CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS , COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO , MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO , LÚMEN: 16 A 18 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, VIAS: TRIPLO LÚMEN , DIÂMETRO: CERCA 7 FR , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL , TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA

MARCA: KFF**2 – Pontos Positivos:**

Nenhum até o momento.

2.1 – Pontos Negativos:

Cateter pequeno em comparação a outros modelos, barbolita nas perneiras fixação adequada, fio guia muito maleável dobra com muita facilidade.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (x) Reprovado**Justifique:**

Deu 2.1, evidenciado durante procedimentos, pelo médico interessado.

Responsável/Carimbo:

Clarissa Aranha
Gerente de Enfermagem
2025-04-18 14:55

Em 04/18/25