



Município de Volta Redonda
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO

ITEM 01 - TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO

Foi apresentada pela empresa BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., no âmbito do item 01 do Pregão Eletrônico nº 81/2026 (Processo Administrativo nº 12.060-000000/2026), proposta para o equipamento TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, modelo NeuViz ACE 64e Pro, fabricante Neusoft Medical Systems. Durante a avaliação, verificou-se que o modelo não atende às especificações técnicas exigidas no edital.

Verificação das Especificações:

- O edital solicita, no item 11.5: "Fornecer pacote de hardware e software para realização de procedimentos de intervenção e biópsia dentro da sala de exames. Deve possuir ferramenta para movimentação da mesa, salvar posições da mesa, visualização das imagens, zoom, rolagem e janelamento." O equipamento ofertado disponibiliza, para essa função (denominada TCC – Tomografia Contínua Computadorizada), apenas pedal de acionamento e carrinho de monitor, conforme item 8.3 "Requisitos de Hardware", páginas 8-5/8-6 do Manual do Usuário NeuViz ACE 64e (NPD-CT-1957, Rev. B), do próprio fabricante, não havendo previsão de ferramenta dedicada para salvar posições de mesa, tampouco de controle de zoom, rolagem e janelamento operável na sala durante o procedimento.
- O edital solicita, no item 11.6: "Sistema de controle por painel ou sistema touchscreen, deverá oferecer ferramenta para movimentação da mesa, salvar posições, visualização de imagens, zoom, rolagem e janelamento, e capacidade de revisar imagens salvas na tela." O Manual do Usuário não indica a existência de painel ou sistema touchscreen na sala de exames com essas funções; a movimentação de mesa disponível durante o procedimento é realizada pelos painéis de controle padrão do Gantry, os mesmos utilizados em exames de rotina, sem recurso de salvar posição ou revisar imagens salvas na tela.

O modelo de TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO NeuViz ACE 64e Pro, fabricante Neusoft, apresentado pela empresa BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., não atende às especificações técnicas exigidas nos itens 11.5 e 11.6 do edital.

Solicitamos que a empresa seja **desclassificada** do certame pelo não atendimento às especificações técnicas e regulamentares exigidas.

Volta Redonda, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Denis Frossard de Andrade, Engenheiro**, em 01/10/2026, às 19:38, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **02311266** e o código CRC **703A81E4**.

Referência: Processo nº VR-12.060-00000090/2026

SEI nº 02311266

Rua São João Batista, Nº46, - Bairro Niterói, Volta Redonda/RJ, CEP 27283-240
Telefone: - www.voltaredonda.rj.gov.br