

## Solicitação de Esclarecimento Shell Life PE 90019/2025

 **De** Licitacao <licitacao@shell-life.com.br>  
**Para** <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br>  
**Cópia** <administrativo@shell-life.com.br>, <licitacao2@shell-life.com.br>, <lucianamourao@shell-life.com.br>, <pedrolima@shell-life.com.br>  
**Data** 2025-03-18 12:37

Prezados, Boa tarde.

A empresa SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, vem através deste solicitar esclarecimento quanto ao item 1 do Pregão Eletrônico nº 90019/2025, que possui data prevista para ocorrer no dia 24 de março, conforme exposto abaixo.

O Termo de Referência solicita “ Deverá vir em conjunto Monitor Multiparâmetros com estrutura modular ou mista, com tela de no mínimo 15.1 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque, resolução de **1366x 7680** pixels ou superior” Gostaríamos de saber se a resolução do monitor deverá ser de no mínimo 1366 x 768pixels?

No mais me coloco a disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

Att:

 <b>Shell LIFE</b>	<p><b>Matheus Alúcio</b> <b>Auxiliar de Licitações</b> <b>CNPJ:</b> 10.201.443/0001-02 <b>IE:</b> 78.566.930 <b>Telefone:</b> (21) 3786-0809 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:licitação@shell-life.com.br">licitação@shell-life.com.br</a> Rua XV de Novembro,90, sala 408 Centro, Niterói -RJ <a href="https://shellife.com.br/">https://shellife.com.br/</a></p> <p></p>
--	---