

**[ESCLARECIMENTO] PE 90020/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA / RJ**

4 mensagens

**Isadora Peres** <licitacao2@rtsrio.com.br>

20 de março de 2026 às 15:29

Para: licita.fmsvr@gmail.com

Cc: Thiago Stepple de Oliveira &lt;toliveira@rtsrio.com.br&gt;, M Carol O Hasson' &lt;moliveira@rtsrio.com.br&gt;, Elaine Nascimento &lt;licitacao3@rtsrio.com.br&gt;, Helisa Almeida &lt;licita@rtsrio.com.br&gt;, Amanda Messias Ferraz &lt;aferraz@rtsrio.com.br&gt;

Boa tarde!

Em atenção ao edital do Pregão Eletrônico em referência, e com o objetivo de viabilizar a adequada análise para eventual participação no certame, solicitamos o seguinte esclarecimento:

O edital estabelece a exigência de "monitor multiparâmetro da mesma marca do aparelho de anestesia".

Considerando os princípios que regem as contratações públicas, em especial os da isonomia, competitividade e ampla participação, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, entendemos que tal exigência pode restringir a concorrência, salvo quando tecnicamente justificada de forma objetiva.

Dessa forma, questionamos: serão aceitos monitores multiparâmetro de marcas distintas do aparelho de anestesia, desde que atendam integralmente às especificações técnicas exigidas no edital e garantam plena compatibilidade funcional e operacional com o equipamento ofertado?

Aguardamos o retorno para prosseguimento das tratativas internas.

Atenciosamente,

**Isadora Peres Nunes**

ANALISTA LICITAÇÃO

+55 21 3869-7801 (Ramal 3328)

[www.rtsrio.com.br](http://www.rtsrio.com.br)

Esta mensagem é reservada. Sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta empresa. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta empresa de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.

**Luciana** <licita.fmsvr@gmail.com>

20 de março de 2026 às 15:48

Para: Isadora Peres &lt;licitacao2@rtsrio.com.br&gt;

Boa tarde!

Favor informar o CNPJ e razão social da empresa.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Isadora Peres** <licitacao2@rtsrio.com.br>

20 de março de 2026 às 16:01

Para: Luciana &lt;licita.fmsvr@gmail.com&gt;

Boa tarde, Luciana!

RTS RIO S/A  
CNPJ: 04.050.750/0001-29

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Luciana** <licita.fmsvr@gmail.com>

23 de março de 2026 às 11:02

Para: Isadora Peres &lt;licitacao2@rtsrio.com.br&gt;

Bom dia! Segue resposta ao pedido de esclarecimento referente ao PE nº 90020/2026, UASG 926850:

" Em resposta ao esclarecimento, informamos que **não serão aceitos monitores multiparâmetro de marca distinta** do aparelho de anestesia, devendo ser observada a exigência editalícia.

A justificativa é de natureza **técnica**, visando garantir:

- **Integração plena e nativa entre os equipamentos;**
- **Maior segurança do paciente**, com sincronização confiável de dados;
- **Padronização operacional**, reduzindo riscos de erro;
- **Manutenção e suporte unificados**, assegurando responsabilidade técnica do fabricante.

Tal exigência está em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, por se tratar de requisito **tecnicamente motivado**, não caracterizando restrição indevida à competitividade.

Denis Frossard, Engenheiro Clínico SMS/ DIPIQ "

[Texto das mensagens anteriores oculto]