



Milane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90039.2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA

Helisa Almeida <licita@rtsrio.com.br>

15 de abril de 2025 às 15:08

Para: cpl2.fms.sms@gmail.com

Cc: "Carolina (Coordenadora de Licitação RTS)" <moliveira@rtsrio.com.br>, Erica Galvão <egalvao@rtsrio.com.br>, Thiago Stepple de Oliveira <toliveira@rtsrio.com.br>, Amanda Messias Ferraz <aferraz@rtsrio.com.br>, "Marcus Vinicius Barbosa (RTS - Instrumentador Cirúrgico)" <mbarbosa@rtsrio.com.br>

A Comissão de Licitação e Contratos

Prezados Senhores, boa tarde!

A empresa RTS RIO S.A., estabelecida na Rua Nossa Senhora das Graças, Nº 943, Ramos - Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.031-611, inscrita no CNPJ Nº 04.050.750/0001-29, vem respeitosamente, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital, pela razão de fato e de direito a seguir exposta.

QUESTIONAMENTO:

O edital solicita "tela LCD", o AED-3100 da fabricante Nihon Kohden foi pensado para ser utilizado de forma simples e prática, promovendo um melhor atendimento e facilidade para os socorristas atenderem aos pacientes. Por este motivo, o equipamento não conta com telas, mas sim figuras já presentes em seu painel, com leds indicativos de posicionamento e instruções de voz em tempo real, que orientam todo o procedimento de ressuscitação. Pelos motivos expostos solicitamos aceite de equipamento sem monitor LCD.

O edital solicita bateria com capacidade para 350 choques, serão aceitos equipamentos cuja bateria possua autonomia para 200 choques?

Ficamos no aguardo do esclarecimento, a fim de sanar todas as dúvidas.

Certas da sua compreensão, agradecemos desde já.

Att.,

Helisa Cristina Guedes De Almeida

ANALISTA LICITAÇÃO

+55 21 99629-6579

+55 21 3869-7801 (Ramal 3361)

www.rtsrio.com.br



Milane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90039.2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA

Milane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>

15 de abril de 2025 às 15:34

Para: eng.denisandrade@gmail.com

Boa tarde Denis,

Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Milane da Rocha Modesto
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR
CNPJ 39.563.911/0001-62
TEL - (24) 3512-8210 ou
cpl2.fms.sms@gmail.com



*A força mais potente do universo é a fé.
Mãre Teresa de Calcutá*

Pense bem antes de imprimir

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Milane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90039.2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA

Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>

24 de abril de 2025 às 09:51

Para: Milane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>

Prezada, bom dia

O edital estabelece expressamente a exigência de **tela LCD**, critério que visa assegurar **visualização clara e imediata das informações essenciais** durante o atendimento, especialmente em ambientes com alto nível de ruído ou situações em que o uso exclusivo de instruções sonoras possa ser comprometido. A presença de uma tela LCD permite a **visualização simultânea de comandos, status do equipamento, tempo de RCP, orientações visuais e outros dados relevantes**, garantindo maior segurança e eficácia no atendimento. **Assim, a especificação será mantida.**

O edital especifica **bateria com capacidade mínima para 350 choques**, com o objetivo de garantir **autonomia prolongada do equipamento, maior disponibilidade do DEA em situações de emergência**. A aceitação de baterias com autonomia para apenas 200 choques representaria uma **redução significativa de desempenho (cerca de 43% inferior)**, podendo comprometer a confiabilidade do equipamento e gerar custos adicionais com trocas frequentes de bateria. Dessa forma, **não será aceito** equipamento cuja bateria apresente autonomia inferior ao mínimo exigido de 350 choques.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade

Gerente de Engenharia Clínica

Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ

Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795

www.voltaredonda.rj.gov.br/**SMS**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE