



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.060-00023027/2025

A IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de Barueri, São Paulo, na Av. Juruá, 105 – G10,11 e 12 inscrita no CNPJ sob o n.º 59.269.654/0001-68, neste ato representada por seu procurador, vem, tempestivamente, com fulcro no artigo 12 do Decreto 3.555/2000, oferecer o presente:

I - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ao Edital do Pregão Eletrônico em referência, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

II - DOS FATOS

Trata-se de Pregão Eletrônico promovido pelo MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

Na leitura do Edital, algumas dúvidas surgiram, onde requer-se o esclarecimento abaixo mencionado, O prévio esclarecimento dessas especificações técnicas, a fim de assegurar que as empresas interessadas ofereçam devidamente seus produtos.

Assim, a ora manifestante solicita a análise do mérito deste pedido, conforme as questões de direito descritas abaixo.

III – DO DIREITO

A respeito das exigências constantes no edital de número nº 90054/2026, a manifestante solicita os esclarecimentos abaixo:



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Segue abaixo a sugestão de adequação:

1. EQUIPAMENTO: MESA RADIOGRÁFICA

Item: Dimensões do tampo

- Especificação atual: Largura mínima de 81 cm e comprimento mínimo de 235 cm
- **Sugestão:** Alteração para dimensões de **216 cm x 90 cm**

Item: Capacidade de carga

- Especificação atual: Peso mínimo suportado de 315 kg
- **Sugestão:** Alteração para **295 kg**

Item: Gerador de Raios-X

- Especificação atual: Obrigatoriamente embutido sob a mesa
 - **Sugestão:** Alteração para **característica opcional**
-

2. EQUIPAMENTO: DETECTOR DR

Item: Matriz ativa

- Especificação atual: 2560 x 3000 pixels
- **Sugestão:** Alteração para **2304 x 2800 pixels**

Item: Tamanho do pixel

- Especificação atual: 140 µm ou menor
- **Sugestão:** Alteração para **150 µm**

Item: Peso do detector

- Especificação atual: Máximo de 3,15 kg
- **Sugestão:** Alteração para **3,43 kg**

Item: Capacidade de carga

- Especificação atual: 400 kg distribuídos e 200 kg pontual
 - **Sugestão:** Alteração para **150 kg distribuídos e 100 kg pontual**
-



IMAGEM

Healthcare Solutions

3. EQUIPAMENTO: DETECTOR DR – MODELO DR FOCUS 43C

Item: Peso do detector

- Especificação atual: Máximo de 3,15 kg
- **Sugestão:** Alteração para **4,68 kg**

Item: Grau de proteção

- Especificação atual: IP67
- **Sugestão:** Alteração para **IP44**

Item: Capacidade de carga

- Especificação atual: 350 kg distribuídos e 200 kg pontual
- **Sugestão:** Alteração para **150 kg distribuídos e 100 kg pontual**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

As alterações propostas visam adequar as especificações às características de equipamentos amplamente utilizados no mercado, mantendo os padrões de qualidade, segurança e desempenho exigidos para a correta execução dos serviços.

Ressaltamos que as modificações sugeridas não comprometem a funcionalidade dos equipamentos, mas contribuem para a ampliação da competitividade, possibilitando a participação de um maior número de fornecedores, em conformidade com os princípios da isonomia, economicidade e vantajosidade para a Administração Pública

IV – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a obtenção de produtos que efetivamente atendam às necessidades do Poder Público, no que se refere ao item supramencionado, requer sejam esclarecidas as dúvidas acima pontuadas, como medida da mais legítima justiça. Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 06 de abril de 2026.

IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA
Andrea Figueiredo Reimberg
Gerente de Vendas/ Procurador
CPF: 147.424.738-50
RG: 23315483 - SSP-SP



Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 90054.2026 -MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

3 mensagens

Leticia Alves Machado <leticia.machado@imagem.med.br> 6 de abril de 2026 às 17:28
Para: "licitação18.cpl.fms@gmail.com" <licitação18.cpl.fms@gmail.com>, "licitacao18.cpl.fms@gmail.com" <licitacao18.cpl.fms@gmail.com>
Cc: Ana Carolina Fonseca <anacarolina.fonseca@imagem.med.br>, Cleidiane Soares <cleidiane.soares@imagem.med.br>, Amanda Rafaela Oliveira Reis <amanda.reis@imagem.med.br>, Caroline Souza-IMAGEMSP <licitacao@imagem.med.br>

Estimada Comissão, boa tarde

Interessados em participar no pleito em referência, viemos respeitosamente apresentar nosso pedido de esclarecimento nos termos do documento anexo.

Sem mais para o momento, colocando-me à disposição, renovo votos de estima e elevada consideração.

Antecipadamente grata!

Att,



Leticia Machado
Licitação
📧 leticia.machado@imagem.med.br
📞 +55 (11) 4133-0053 | Ramal 61



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 90054.2026 -MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA- TECNICA - 06.04.2026.pdf
206K

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>
Para: Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>


7 de abril de 2026 às 10:43

Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento para análise e parecer.

Atenciosamente.
Shenise Quintino
CCP/FMS/SMS/PMVR
Tel: (24) 3512-8166

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>
Para: Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

9 de abril de 2026 às 14:43

Em análise ao pedido apresentado pela empresa IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA, informa-se que todas as sugestões foram **indeferidas**, pelos fundamentos técnicos resumidos abaixo:

MESA RADIOGRÁFICA

- Dimensões do tampo: Mantidas para garantir área útil adequada ao posicionamento seguro do paciente.
- Capacidade de carga: Mantida para assegurar segurança estrutural e atendimento a diferentes perfis de pacientes.
- Gerador embutido: Mantido para garantir melhor integração e otimização de espaço.

DETECTOR DR

- Matriz ativa: Mantida para preservar a resolução da imagem.
- Tamanho do pixel: Mantido por impactar diretamente na qualidade diagnóstica.
- Peso do detector: Mantido por critérios de ergonomia e manuseio seguro.
- Capacidade de carga: Mantida para evitar risco de danos e garantir durabilidade.
- Peso do detector: Mantido por critérios técnicos de operação e segurança.
- Grau de proteção (IP67): Mantido por exigência de biossegurança e resistência a fluidos.
- Capacidade de carga: Mantida para garantir integridade do equipamento.

Dessa forma, solicitamos que o pedido seja indeferido integralmente, mantendo-se o edital inalterado.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade

Gerente de Engenharia Clínica
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ
Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795
www.voltaredonda.rj.gov.br/



SMS
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

