



PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025 – PROCESSO 12.060-00000171/2025

RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

Em atendimento ao disposto no item 13.15.1 do edital, procedeu-se a avaliação das amostras de fraldas descartáveis pelos profissionais do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, com o parecer técnico demonstrado nos relatórios abaixo.

Volta Redonda, 10 de setembro de 2025.

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro CCP/FMS/SMS



Volta Redonda, 05 de Setembro de 2025.

MEMORANDO: 046/2025

De: Gerente de Enfermagem – Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Para: SMS.

Assunto: Parecer de Fraldas Adultas.

Introdução:

Foi realizada análise prática da fralda de uso adulto da marca **SUPER GERIN**, a fim de verificar sua adequação às necessidades assistenciais da unidade.

Resultados:

Durante o período de avaliação, constatou-se que o produto apresentou desempenho insatisfatório, não atendendo de forma adequada aos requisitos esperados. Foram observados problemas relacionados à absorção e ao controle de vazamentos, comprometendo a qualidade do cuidado prestado.

Conclusão:


Considerando os resultados obtidos, a marca **SUPER GERIN** não apresentou qualidade compatível com as necessidades da unidade. Diante disso, **não recomendamos a sua aquisição para fornecimento/uso no HMMR.**

Atenciosamente.

Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Gerente de Enfermagem

Matrícula: 7026 COREN – RJ: 113377



02/10/25

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

EMPRESA: Super Quin

ITEM:

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS

TESTE DE VAZAMENTOS

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01	magro	vazou	vazou	vazou	vazou	vazou						
Paciente 02	magro	vazou	vazou	vazou	vazou	vazou						
Paciente 03	magro	vazou	vazou	vazou	vazou	vazou						
Paciente 04	magro	vazou	vazou	vazou	vazou	vazou						
Paciente 05	magro	vazou	vazou	vazou	vazou	vazou						
Paciente 06	magro	vazou	vazou	vazou	vazou	vazou						
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												

Critério de Avaliação

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos

Marca Apresentada

06	06											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultado

Thalita A. Santana
Assessora
CPF: 0307757

Avallador

03109125

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM: EMPRESA:

Análise das amostras

	TESTE DE VAZAMENTOS						TESTE DE VAZAMENTOS					
	Caso a presente vazamento marcar com "X", caso não presente dar OK						Caso presente vazamento marcar com "X", caso não presente dar OK					
	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01	10:00	14:00										
Paciente 02	VAZOU	VAZOU										
Paciente 03	VAZOU	VAZOU										
Paciente 04	VAZOU	VAZOU										
Paciente 05	VAZOU	VAZOU										
Paciente 06	VAZOU	VAZOU										
Paciente 07	/	/										
Paciente 08	/	/										
Paciente 09												
Paciente 10												
Critério de Avaliação	Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)						No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)					
Total de Pontos	06	06	/	/	/	/						
Marca Apresentada												

Thalita A. Santiago
Enfermeira
R.N. 07767

Resultado
Avaliador



Volta Redonda, 05 de Setembro de 2025.

MEMORANDO: 047/2025

De: Gerente de Enfermagem – Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Para: SMS.

Assunto: Parecer de Fraldas Adultas.

Parecer de Aprovação

Após a realização de análise técnica e prática quanto à utilização da marca de fralda **VITALIDADE PREMIUN**, observou-se que o produto atendeu de forma satisfatória aos critérios previamente estabelecidos, incluindo: absorção, conforto, resistência do material, ausência de reações adversas, facilidade de manuseio e custo-benefício.

Considerando os resultados obtidos e os feedbacks coletados durante o período de teste, fica **aprovada** a utilização da marca **VITALIDADE PREMIUN** para continuidade de fornecimento/uso junto ao HMMR, de acordo com a demanda e protocolos assistenciais vigentes. Vale ressaltar que a fralda atende a critérios de absorção noturna

Atenciosamente.

Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Gerente de Enfermagem

Matrícula: 7026 COREN – RJ: 113377

Arielly Villarinho
Gerente em Enfermagem HMMR
COREN RJ 113377

01109125

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM: EMPRESA: *Vitalidade Premium*

Análise das amostras

	TESTE DE VAZAMENTOS						TESTE DE VAZAMENTOS					
	Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK											
	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 <i>maioro</i>	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 02 <i>maioro</i>	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 03 <i>maioro</i>	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 04 <i>maioro</i>	OK	OK	OK	VAZOU	VAZOU	VAZOU						
Paciente 05 <i>maioro</i>	OK	OK	OK	VAZOU	VAZOU	VAZOU						
Paciente 06	/											
Paciente 07	/											
Paciente 08	/											
Paciente 09	/											
Paciente 10	/											

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)


No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Critério de Avaliação												
Total de Pontos	0	0	0	02	02	02						
Marca Apresentada												

Resultado

Thalita A. Santiago
Amadora
07757

Avaliador



Volta Redonda, 05 de Setembro de 2025.

MEMORANDO: 048/2025

De: Gerente de Enfermagem – Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Para: SMS.

Assunto: Parecer de Fraldas Infantis.

Parecer de Aprovação

Após a realização de análise técnica e prática quanto à utilização das marcas de fraldas **Little Baby e Turma da Mônica**, observou-se que os produtos atenderam de forma satisfatória aos critérios previamente estabelecidos, incluindo: absorção, conforto, resistência do material, ausência de reações adversas, facilidade de manuseio e custo-benefício.

Considerando os resultados obtidos e os feedbacks coletados durante o período de teste, fica **aprovada** a utilização das marcas **Little Baby e Turma da Mônica** para continuidade de fornecimento/uso junto ao HMMR, de acordo com a demanda e protocolos assistenciais vigentes.

Atenciosamente.

Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Gerente de Enfermagem

Matrícula: 7026 COREN – RJ: 113377

Arielly Villarinho
Gerente em Enfermagem HMMR
COREN RJ 113.377

Pediatria

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

EMPRESA:

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS

TESTE DE VAZAMENTOS

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

28/08/25

29/08/25

	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 A.R.N.S. 1a	OK	OK	OK	X	OK	OK
Paciente 02 D.A.P. 1a	OK	OK	OK	OK	X	OK
Paciente 03						
Paciente 04						
Paciente 05						
Paciente 06						
Paciente 07						
Paciente 08						
Paciente 09						
Paciente 10						

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos	OK	OK	OK	↓	↓	OK
Marca Apresentada	Little Baby					
	OK	OK	OK	↓	↓	OK
	Little Baby					
	OK	OK	OK	↓	↓	OK
	Little Baby					

Érica Estevão A. Miguez

Enfermeira

COREN-RJ 288.832

Avaliador

Bluniguy

Radiativa

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM: EMPRESA:

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS

TESTE DE VAZAMENTOS

01/09

02/09

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 R.H.S 3m	OK	OK	X	OK	OK	OK
Paciente 02 D.S.F 9m	OK	OK	OK	OK	X	OK
Paciente 03 N.L.C.C 01a	OK	OK	OK	OK	X	OK
Paciente 04						
Paciente 05						
Paciente 06						
Paciente 07						
Paciente 08						
Paciente 09						
Paciente 10						

Cada fraída que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

	1	2	3	4	5	6
Total de Pontos	OK	OK	1	OK	1	1
Marca Apresentada						

* marca - da Tupperware (Pacientes 1 e 2)
* marca - Little Baby (Paciente 3)

Resultado

Érica Fervão A. Miguiz
Enfermeira
COREN-RJ 288.832

Assessor

Pediatria

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM: EMPRESA:

Análise das amostras

	TESTE DE VAZAMENTOS						TESTE DE VAZAMENTOS					
	03109						04109					
	Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK						Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK					
	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 N.E.O.C 1a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
Paciente 02 R.H.S 3m	X	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	OK	OK		
Paciente 03 A.G.A.C 2a	OK	OK	X	OK	OK	OK	OK					
Paciente 04 D.A.N 1a	—	—	—	—	—	—	OK	OK	OK	OK		
Paciente 05												
Paciente 06												
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												

Critério de Avaliação

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos	1	OK	1	OK	OK	OK	OK	1	OK	OK	OK	
Marca Apresentada												

* marca - Tuma da Mônica - (Paciente 2)
 * Little Baby - (Paciente 1, 3 e 4)

Érica Estevão A. Miguez
 Enfermeira
 CREN-RJ 288.832

Avaliador