

ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90071/2026- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

Goncalves, Kesley Mendes <kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>

6 de julho de 2026 às 08:59

Para: "licita.fmsvr@gmail.com" <licita.fmsvr@gmail.com>

Cc: "Aor, Anna Christina Braune" <anna.aor@siemens-healthineers.com>

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2026

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, sediada na [Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC](#), e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na [Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar \(Parte\) e 7º Andar \(Parte\) – São Paulo – SP CEP 05110-902](#), inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90071/2026 vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

Solicita a convocação: “Detector digital plano de pelo menos, 20x20 cm.”

Esclarecemos que, no mercado de arcos existe hoje duas tecnologias, o intensificador de imagem e o detector digital. Apesar da tecnologia de detector ser mais moderna, ela apresenta baixo impacto clínico nos modelos compatíveis com a solicitação em questão. O equipamento que desejamos ofertar possui intensificador de imagens com dimensão de 9 polegadas (23 cm), realizando, com boa precisão, todas as intervenções cirúrgicas gerais, ortopédicas e vasculares, na mais baixa dose de radiação, graças ao pacote de redução de dose padrão presente em todos os modelos. Ressaltamos que essa diferença tem baixo impacto clínico e alto impacto no custo-efetividade do equipamento, evitando oneração aos cofres públicos e não comprometendo a qualidade de imagem necessária para as aplicações clínicas solicitadas em edital. Dessa forma, podemos considerar que serão aceitas propostas com intensificador de imagem?

Solicita a convocação: “Resolução de no mínimo, 16 bit.”

Esclarecemos que o equipamento que desejamos ofertar possui processamento de imagem digitais de 14 bits e programas de controle automático da taxa de dose (ADR), onde os valores kV/mA ou kV/mAs são regulados para que o valor médio dos valores de cinza na imagem seja mantido constante, independentemente da espessura e posição do objeto sendo os parâmetros selecionáveis por região de interesse. Isto garante uma ótima qualidade de imagem para avaliação na tela. Sendo assim, entendemos que atendemos a necessidade do edital. Estamos corretos em nosso entendimento?

Solicita a convocação: “Saída nominal de luz de pelo menos 400cd/m²;”

Esclarecemos que o equipamento que desejamos ofertar é composto de dois monitores de 19” cada com tecnologia TFT e resolução de 1024x1280 com um brilho máximo de 350 cd/m². Com base em nossa experiência de mercado mundial, entendemos que estas especificações são suficientes para que os procedimentos solicitados sejam realizados no equipamento com excelência na visualização de estruturas, e que o brilho máximo apresentado em nosso produto irá atender perfeitamente às necessidades do hospital. Dessa forma, podemos considerar que serão aceitas propostas de equipamentos com monitores de brilho máximo de 350 cd/m²?

2. QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO:

Solicita a convocação: “Treinamento operacional de pelo menos, 04 dias”

Esclarecemos que a Siemens Healthineers disponibiliza treinamento operacional ministrado por profissional especializado e certificado pelo fabricante, contemplando todas as funcionalidades do equipamento, operação clínica segura, configurações básicas, protocolos de utilização, boas práticas operacionais, cuidados de conservação, limpeza e esclarecimento de dúvidas dos usuários. O treinamento é dimensionado pelo fabricante de acordo com a complexidade da solução ofertada, garantindo a correta utilização do equipamento e pleno aproveitamento de seus recursos clínico. O treinamento será realizado por especialista de aplicação da Siemens Healthineers, em

data previamente acordada entre as partes, nas dependências da instituição, com carga horária de 08 (oito) horas presenciais (1 dia), suficiente para abranger todas as funcionalidades operacionais do equipamento e capacitar adequadamente os usuários para utilização segura e eficiente da solução.

Podemos considerar que as necessidades do órgão serão sanadas com o treinamento fornecido pela Siemens?

[Texto das mensagens anteriores oculto]