



Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - DRÄGER DO BRASIL - Pregão Eletrônico N° PE/90083/2025 - Processo N° 12.060-3870/2025 - ITEM 1 - APARELHO DE ANESTESIA

Araujo, Renata <renata.araujo@draeger.com>

3 de julho de 2025 às 17:13

Para: "licitacao.milane@gmail.com" <licitacao.milane@gmail.com>

Cc: "Lima, Mariana" <mariana.lima@draeger.com>, "Pfrimer, Christine 2" <christine.pfrimer2@draeger.com>, "Silva, Joyce" <Joyce.Silva@draeger.com>

Internal

Prezados, boa tarde!

A Dräger do Brasil Ltda, interessada em participar do processo referenciado, vem através deste solicitar os seguintes esclarecimentos.

DO TERMO DE REFERÊNCIA:

ITEM 1 – APARELHO DE ANESTESIA.

O edital solicita: "dotado de 03 (três) gavetas" No intuito de participarmos da concorrência, gostaríamos de saber a respeito do quantitativo de gavetas citado no termo de referência.

Do pedido: Temos notado uma tendência mundial dos fabricantes na redução do número de gavetas dos aparelhos de anestesia por conta da ergonomia do corpo clínico. Com a redução do número de gavetas, os materiais que antes precisavam ser procurados dentro de gavetas, agora ficam em fácil acesso para uso durante o procedimento cirúrgico. Os fabricantes têm desenvolvido bancadas de trabalho maiores, no conceito "tudo a vista", que traz um tempo de resposta melhor da equipe clínica ao precisar acessar insumos e outros itens que antes ficavam "escondidos". Foi pensando nessa, e em outras melhorias que desenvolvemos o Atlan. Esse equipamento lançado no Brasil há 3 anos, já é homologado em grandes redes e centros de referência por todo o país. Atualmente, a versão que temos disponível possui 1 gaveta, e traz uma série de outros benefícios clínicos e econômicos, que podem ser observados no catálogo em anexo. Aguardamos sua análise para saber se podemos seguir na concorrência, apresentando nossa proposta com o modelo Atlan A300.

DO PRAZO DE ENTREGA:

O edital solicita: 22.1.1. A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.

Do pedido: Solicitamos por gentileza analisar a possibilidade de alterar/ajustar o prazo de entrega para 120 dias, devido a necessidade de importação.

Desde já agradecemos,

Atenciosamente,

Renata Araujo

Analista de Licitações

Licitações

Dräger do Brasil / Dräger Indústria / Dräger Safety do Brasil Ltda.

[Al. Pucuruí, 51/61](#) – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil

Tel: 11 4689-4900 Ramal 6140

renata.araujo@draeger.comwww.draeger.com[Ouvidoria Dräger](#) | [Canal de Integridade](#)**Tecnologia para a vida**

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa [Política de Proteção de Dados](#).

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.



1 Catálogo atlan-A300_compressed.pdf
2800K



Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - DRÄGER DO BRASIL - Pregão Eletrônico Nº PE/90083/2025 - Processo Nº 12.060-3870/2025 - ITEM 1 - APARELHO DE ANESTESIA

Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>
Para: eng.denisandrade@gmail.com

4 de julho de 2025 às 15:22

Boa tarde Dênis,

Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Milane da Rocha Modesto
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR
CNPJ 39.563.911/0001-62
TEL - (24) 3512-8210 ou
licitacao.milane@gmail.com



"Semeie flores e plante árvores.
Preserve a vida".

Pense antes de imprimir. Proteja o Ambiente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



1 Catálogo atlan-A300_compressed.pdf
2800K



Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - DRÄGER DO BRASIL - Pregão Eletrônico Nº PE/90083/2025 - Processo Nº 12.060-3870/2025 - ITEM 1 - APARELHO DE ANESTESIA

Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>

8 de julho de 2025 às 08:43

Para: Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>

Prezada, bom dia

Em atenção ao questionamento encaminhado, informamos que, será aceita a participação com proposta que apresente alternativa de configuração ao previsto no termo de referência, desde que devidamente justificado tecnicamente e todos os demais requisitos técnicos e funcionais sejam plenamente atendidos.

Sobre o prazo de entrega, compreendemos que podem ocorrer situações excepcionais, especialmente em casos que envolvam processos de importação e logística internacional. Nesse sentido, orientamos que, caso a proposta venha a ser classificada como vencedora, o licitante deverá entrar em contato com esta Administração tão logo receba a ordem de fornecimento, apresentando formalmente as justificativas pertinentes e indicando o novo prazo necessário para atendimento.

A solicitação será então avaliada pela equipe técnica competente, à luz da razoabilidade e do interesse público, com o objetivo de viabilizar o fornecimento sem prejuízo das finalidades do processo.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade

Gerente de Engenharia Clínica

Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ

Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795

www.voltaredonda.rj.gov.br/**SMS**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE