



Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 90083-2025 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

Leticia Alves Machado <leticia.machado@imagem.med.br>

3 de julho de 2025 às 10:40

Para: "licitacao.milane@gmail.com" <licitacao.milane@gmail.com>

Cc: Waleska Pedrosa - IMAGEMRJ <waleska.pedrosa@imagem.med.br>, Tatianne Macri <tatianne.macri@imagem.med.br>, Elisangela Correa <elisangela.correa@imagem.med.br>, Plinio Cestari Mistretta <plinio.mistretta@imagem.med.br>, Amanda Rafaela Oliveira Reis <amanda.reis@imagem.med.br>, Caroline Souza-IMAGEMSP <licitacao@imagem.med.br>

Estimada Comissão, bom dia

Interessados em participar no pleito em referência, viemos respeitosamente apresentar nosso pedido de esclarecimento, nos termos do documento anexo.

Sem mais para o momento, colocando-me à disposição, renovo votos de estima e elevada consideração.

Antecipadamente grata!

Att,



Leticia Machado
Assistente de Vendas

leticia.machado@imagem.med.br
+55 11 4133-0053 Ramal: 32

 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 90083-2025 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA - 03.07.2025.pdf**
418K

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

**PREGÃO ELETRONICO Nº 90083/2025
PROCESSO Nº 12.060-00003870/2025**

A IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de Barueri, São Paulo, na Av. Juruá, 105 – G10,11 e 12 inscrita no CNPJ sob o n.º 59.269.654/0001-68, neste ato representada por seu procurador, vem, tempestivamente, com fulcro no artigo 12 do Decreto 3.555/2000, oferecer o presente:

I - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ao Edital do Pregão Eletrônico em referência, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

II - DOS FATOS

Trata-se de Pregão Eletrônico promovido pelo MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

Na leitura do Edital, algumas dúvidas surgiram, onde requer-se o esclarecimento abaixo mencionado, O prévio esclarecimento dessas especificações técnicas, a fim de assegurar que as empresas interessadas ofereçam devidamente seus produtos.

Assim, a ora manifestante solicita a análise do mérito deste pedido, conforme as questões de direito descritas abaixo.

III – DO DIREITO

A respeito das exigências constantes no edital de número nº 90083/2025, a manifestante solicita os esclarecimentos abaixo:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 01 – APARELHO DE ANESTESIA

Esclarecimento 01

Onde se lê: "Filtro autoclavável com sistema de aquecimento ativo para eliminar condensações no circuito."

Que se aceite: "Filtro autoclavável com sistema de aquecimento ativo para eliminar condensações no circuito." ou "sistema similar de gerenciamento de condensação."

Esclarecimento 02

Onde se lê: "...disparo a fluxo de 0,5 a 15L/min..."

Que se aceite: disparo de fluxo 0,2 a 10L/min.

Justificativa: Visando garantir a isonomia e a ampla concorrência no certame, solicitamos que se aceite a alteração. Considerando também que a faixa de 0,2L/min oferece melhor sensibilidade e segurança para pacientes vulneráveis e com baixa força muscular. A faixa de 0,2 a 10L/min é considerada adequada para atender uma gama de perfis clínicos.

Esclarecimento 03

Onde se lê: "...disparo a pressão -20 a -1 cmH2O..."

Que se aceite: "...e disparo a pressão de -2,0 a -1 cmH2O"

Justificativa: Considerando que pressões negativas muito acima deste valor são incompatíveis com a respiração espontânea e considerando que o valor de -20cmH2O representa um esforço respiratório próximo dos níveis máximos para musculatura inspiratória saudável, segundo a prática clínica, este não pode ser um valor de disparo da máquina em ventilação mecânica para pacientes sedados ou não, solicitamos que se aceite a alteração no texto.

Esclarecimento 04

Onde se lê: "Bateria interna recarregável de lítio com autonomia aproximada de 90 minutos."

Que se aceite: "Bateria interna recarregável de lítio ou chumbo-ácido com autonomia aproximada de 90 minutos."

Justificativa: A especificação central da bateria — garantir operação ininterrupta do equipamento por aproximadamente 90 minutos — é plenamente atendida por baterias de chumbo-ácido dimensionadas adequadamente, sem prejuízo à funcionalidade do aparelho. Além disso, reforçamos que Baterias de chumbo-ácido são amplamente utilizadas em equipamentos médicos e industriais devido à sua estabilidade, resistência a variações de temperatura e confiabilidade em ciclos de carga/descarga controlados.

Esclarecimento 05

Onde se lê: "...Pressão de Suporte de 3 a 60 cm H2O..."

Que se aceite: Pressão de Suporte de 2 a 40 cmH2O

Justificativa: Embora o edital especifique pressão de suporte de até 60 cmH₂O, a prática clínica demonstra que valores superiores a 40 cmH₂O são raramente utilizado e podem representar risco de barotrauma. A faixa de pressão de suporte de 2 a 40 cmH₂O oferece faixa de pressão compatível com os protocolos clínicos atuais, sendo plenamente adequado para suporte ventilatório em pacientes críticos, inclusive durante o desmame. "

Esclarecimento 06

Onde se lê: "Com tomadas auxiliares na parte traseira do equipamento..."

Que se aceite: Se aplicável com tomadas auxiliares na parte traseira do equipamento..."

Justificativa: A ausência de tomadas traseiras pode estar alinhada com recomendações de fabricantes e normas de segurança elétrica hospitalar, que priorizam acessibilidade, proteção contra líquidos e facilidade de manutenção. Além da proximidade com os cilindros de gases o que pode ocasionar acidentes indesejados.

IV – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a obtenção de produtos que efetivamente atendam às necessidades do Poder Público, no que se refere ao item supramencionado, requer sejam esclarecidas as dúvidas acima pontuadas, como medida da mais legítima justiça. Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Plinio Cestari Mistretta", is written over a horizontal line.

Plinio Cestari Mistretta
CPF: 279.347.798-28
RG: 30.480.906-SSP-SP



Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 90083-2025 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

Milane Rocha <licitacao.milane@gmail.com>

8 de julho de 2025 às 14:55

Para: Leticia Alves Machado <leticia.machado@imagem.med.br>

Boa tarde,

Segue abaixo a resposta do setor solicitante:

"Resposta a Imagem

1. Informamos que as **especificações técnicas do equipamento de anestesia**, constantes no Termo de Referência, **foram elaboradas por equipe técnica especializada**, com pleno conhecimento das rotinas assistenciais, das exigências clínicas e da infraestrutura hospitalar envolvida. Essas definições resultam de avaliação criteriosa, pautada em parâmetros técnicos atualizados, segurança do paciente, padronização de equipamentos e eficiência operacional. Dessa forma, **as exigências estabelecidas no edital serão integralmente mantidas**, por se tratarem de requisitos **essenciais ao desempenho, segurança e compatibilidade do equipamento com o ambiente hospitalar.**"

Atenciosamente,

Milane da Rocha Modesto
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR
CNPJ 39.563.911/0001-62
TEL - (24) 3512-8210 ou
licitacao.milane@gmail.com



[Texto das mensagens anteriores oculto]