

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 90085/2025 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA RJ



De Carlos, Lara <lara.carlos@medtronic.com>
Para cpl5.fms.sms@epdvr.com.br <cpl5.fms.sms@epdvr.com.br>
Cópia Santos, Zuleide <zuleide.c.santos@medtronic.com>, Marinho, Karina <karina.b.marinho@medtronic.com>
Data 2025-07-03 12:16

A AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.645.409/0003-90, apresenta o seguinte esclarecimento:

Analizando o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 90085/2025 - PROCESSO 12.060-00004804/2025 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA e com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer sobre os questionamentos abaixo:

Referente ao item 6, CATETER SILHOUETTE, foi solicitado as medidas 60CM 13MM que correspondem ao código MMT-382A, mas no edital o código solicitado é o MMT-381A, correspondente as medidas 110CM 13MM.

Pergunta: podemos considerar o código MMT-382 para as medidas solicitadas?

Também é necessário esclarecer referente a validade dos nossos sensores e transmissores, solicitados nos itens 10, 11 e 12. Os transmissores de Glicemia Guardian Link 3 - MMT-7910W1 e MMT-7840W8 e possuem uma bateria interna, recarregável, não substituível, com vida útil de aproximadamente 1 ano após o início de uso. Para o pleno funcionamento da bateria interna, a primeira carga deve ocorrer dentro de 6 meses da data de fabricação do produto. No entanto, informamos que como são fabricados fora do país, o processo de importação pode levar até 2 meses para disponibilidade de comercialização na Medtronic Brasil.

Pergunta: os transmissores serão aceitos com prazo de validade de 90 (noventa) dias para sua recarga no paciente?

Da mesma maneira, informamos que o sensor MMT 7020C1 apresenta validade de 12 meses a partir da sua fabricação. Por se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembaraço aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade pelo menos de 6 meses da data de sua fabricação para comercialização no Brasil.

Pergunta: o sensor será aceito com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias?

Obrigada e sendo assim, aguardamos retorno desta R. Administração.

Atenciosamente,

Lara de Lima Carlos

Estagiária | Bid & Tenders

Medtronic

Tower Bridge Corporate

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 / 10º Floor | São Paulo, SP, 04576-010 | Brazil

lara.d.carlos@medtronic.com

[medtronic.com](https://www.medtronic.com) | [Facebook](https://www.facebook.com/medtronic) | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/medtronic) | [Twitter](https://twitter.com/medtronic) | [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCv33333333333333333333)



[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>