

Ribeirão Preto, 10 de julho de 2025.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90095/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12.060.-00004169/2025

**A/C: AGENTE DE CONTRATAÇÃO E/OU COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

### **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

A Gigante Recém Nascido Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 62.413.869/0001-15, com sede em Ribeirão Preto, na Rua Martins Pena, 93, Estado de São Paulo, através de sua representante legal, vem apresentar pedido de esclarecimento ao que segue abaixo:

### **LOTE 09 – MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA – RECOMENDADA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS**

Acreditamos que tenha ocorrido um equívoco na elaboração da descrição do item, pois solicita 02 movimentos automatizados distintos **“trendelemburg e histeroscopia”**, sendo que não há no mercado equipamento que os possua simultaneamente em seus comandos.

Entendemos que ao efetuar uma aquisição o órgão requisitante descreve todas as características que o equipamento deve possuir para atender as suas necessidades, porém não se pode exigir características incompatíveis com o que há disponível no mercado, pois este fato fere o Princípio da Competitividade, resultando no fracasso do item devido não conseguir

fornecedor totalmente apto ao fornecimento e conseqüentemente no retardamento da compra, prejudicando as unidades.

Esclarecemos que em **todas as mesas ginecológicas nacionais**, há possibilidade de fabricá-la com no máximo 04 motores, sendo para acionamento dos seguintes movimentos:

1 motor: sobe e desce assento

1 motor: sobe e desce encosto

1 motor: sobe e desce perneira

1 motor: movimento trendelemburg **OU** movimento histeroscopia

Assim, comprova-se que é impossível que a mesa ginecológica possua movimento de trendelemburg e histeroscopia ambos automáticos.

O que o mercado tem a oferecer quando há necessidade do equipamento possuir os dois movimentos é movimento de histeroscopia elétrico e trendelemburg manual.

Com o exposto é que se faz necessário esclarecer se serão aceitas mesas ginecológicas com **movimento de histeroscopia elétrico e trendelemburg manual**, permitindo assim que haja a ampla concorrência que visa os Princípios da Competitividade, Legalidade, Isonomia e Economicidade.

Sem mais para o momento, aguardamos retorno e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Termos em que  
Pede Deferimento

Assinado de forma digital  
ERICA VERNILE PEREIRA por ERICA VERNILE  
VEZONO:13877158870 PEREIRA  
VEZONO:13877158870

Érica Vernile Pereira Vezono  
Representante Legal