

ESCLARECIMENTOS SIEMENS: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - PE 90176



**De** Antunes, Julia Martins De Almeida <juliamartinsdealmeida.antunes@siemens-healthineers.com>  
**Para** cpl4.fms.sms@epdvr.com.br <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br>  
**Cópia** Dos Anjos, Amanda Rayssa <amanda.dos-anjos@siemens-healthineers.com>, Aor, Anna Christina Braune <anna.aor@siemens-healthineers.com>, Goncalves, Kesley Mendes <kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>  
**Data** 2025-11-18 13:56

AO  
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90176/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 12.060-00015079/2025

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

-  
A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 – 4º e 5º Andar – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO N° 90176/2025 vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado:

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:  
**Solicita a convocação:** “Possuir potência de gerador de pelo menos, 2.1kW” e “Potência de pelo menos, 4kw”.

Esclarecemos que o edital apresenta informações ambíguas quanto à potência mínima. Além disso, informamos que o equipamento que desejamos ofertar possui potência de 2,3 kW, projetado para atender aos procedimentos indicados em edital, sem comprometer a qualidade da imagem e cumprindo os demais requisitos. **Dessa forma, podemos considerar que serão aceitas propostas de equipamentos com potência de 2,3 kW seguindo a primeira solicitação do edital?**

2. QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO:  
**Solicita a convocação:** “Treinamento operacional de pelo menos, 04 dias”.

Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento a respeito de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, provisiona para o equipamento de Arco Cirúrgico um treinamento de 8 (oito) horas ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em **dia útil, no período das 8:00h às 17:00h**. Esse treinamento será previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo no mesmo dia da entrega do objeto.  
**Podemos considerar que as necessidades do órgão serão sanadas com o treinamento operacional de 8h fornecido pela Siemens?**

3. QUANTO À SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA:  
  
Solicita o edital: “Manutenção preventiva, conforme manual do fabricante, e manutenção corretiva por conta do fornecedor durante período da garantia”

Esclarecemos ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, provisiona para o equipamento de Arco Cirúrgico 01 (um) manutenções preventivas ao ano, conforme recomendações de Fábrica. A manutenção preventiva será realizada no local de instalação do PRODUTO, em dias úteis, no período das 8:00h às 17:00h. Essa manutenção será previamente agendada entre as PARTES. Ressalta-se que, uma manutenção preventiva a mais que o padrão oferecido pela Siemens irá encarecer o produto.  
**Podemos considerar que a necessidade do Órgão será sanada com as 01 preventivas fornecidas pela Siemens?**

Obrigada!

Atenciosamente,



**Julia Martins de Almeida Antunes** | Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA.  
**SHS AM LAM FI DI OTO – Estagiária**  
✉ [juliamartinsdealmeida.antunes@siemens-healthineers.com](mailto:juliamartinsdealmeida.antunes@siemens-healthineers.com)  
Av Mutinga, 3800 - 5º andar - 05110-902 - São Paulo – SP  
[www.healthcare.siemens.com.br](http://www.healthcare.siemens.com.br)